


# 校准证书

## CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2016DW03400404]  
Certificate No.

委托方名称 Customer	内蒙古兴安盟防雷减灾办公室
委托方地址 Address	内蒙古乌兰浩特市兴安盟气象局
器具名称 Name Of Sample	大型地网接地电阻测试仪
制造厂商 Manufacturer	武汉国电华美电气设备有限公司
型号规格 Model/Type	HM3001
器具编号 No Of Sample	无



证书专用章  
Stamp



校准日期 Calibration date	2016 年 05 月 13 日 Y M D
建议再校日期 Recommended recal.date	2017 年 05 月 12 日 Y M D

证书批准人 Approved by	
核验员 Checked by	
校准员 Calibrated by	

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



● 本院(中心)是国家法定计量检定机构。

This body is an institute of legal verification.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01028, (国)法计(2012)01040

Authorization certificate number of the national legal metrological verification instiution:

中国合格评定国家认可委员会实验室: No. L0544

Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS): No. L0544

● 本次校准的技术依据(名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJG 366—2004 接地电阻表检定规程 Verification Regulation of Earth Resistance Meters

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

过渡直流标准电阻器

型号/编号

Model/Serial No.

2110型/01

证书号/有效期

Certificate No./Duc Date

2016DW2250017/2016-12-10

测试技  
书骑缝

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 22.0℃

Temperature

气压: ——

Pressure

相对湿度: 60 %

R.H.

地点: B132

Place

其它: ——

Others

原始记录编号: 2016DW03400404

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

### 校准数据/结果

Data/Results of Calibration

标准实际值 (mΩ)	被校实际值 (Ω)	$U_{rel}(k=2)$
1.000	0.001	$1 \times 10^{-2}$
2.000	0.002	
5.000	0.005	
8.000	0.008	
10.00	0.010	
20.00	0.019	
50.00	0.049	
80.00	0.078	

术研究院  
章

以下空白